

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp vật tư y tế tiêu hao theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2025 (bổ sung)
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 9 giờ, ngày 7.../7.../2025
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị (Tổ Vật tư y tế tiêu hao), Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Đường Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Loan

Số điện thoại: 028.3952.5243

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (B12-089-btmtram).

TU. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ

Nguyễn Hữu Thịnh



DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị	Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị được cấy ghép và điều trị chứng động kinh kháng thuốc - Chất liệu: Vỏ ngoài Titanium, được hàn kín. Đầu nối bằng Polyurethane. Khe kết nối bằng thép không gỉ - Khối lượng: 14 - 20g - Nguồn kích thích: 3.3 V, mạch hở - Dung lượng định mức: 1.7 A trong 1 giờ - Dòng điện kích thích: từ 0 - 2.0 mA theo bước 0.125 mA, từ 2.0 - 3.5 mA theo bước 0.250 mA. - Có 5 chế độ kích thích: Chế độ thông thường, Chế độ kích thích bằng nam châm, Chế độ Autostim, Chế độ Ngày/Đêm và Chế độ cài đặt kích thích theo lịch trình - Cho phép ghi và lưu lại các sự kiện nhịp tim thấp và tư thế nằm sấp của người bệnh Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO	Bộ	2
2	Bộ điện cực kích thích dây thần kinh phế vị	Bộ điện cực kích thích dây thần kinh phế vị - Dây điện cực dài 40 - 45 cm - Thân điện cực: Vỏ ngoài bằng Silicon, được cấu tạo bởi 4 sợi xoắn - Điện cực vòng xoắn: gồm 2 điện cực âm, dương và 1 chân neo, vật liệu dẫn điện hợp kim Platinum/Iridium - 02 sợi chỉ Polyester để phân biệt điện cực âm và dương - 04 Kẹp cố định thân dây điện cực vào mô - Tương thích với "Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO	Bộ	2
3	Dụng cụ luồn dây dẫn điện cực kích thích dây thần kinh phế vị	Dụng cụ luồn dây dẫn điện cực kích thích dây thần kinh phế vị Bao gồm: + 01 Dụng cụ luồn bằng vật liệu thép không gỉ và đầu tip có thể tháo rời. + 02 Ống bọc dụng cụ loại lớn và nhỏ với vật liệu Polymer Fluorocarbon. - Tương thích với "Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO	Bộ	2
4	Nam châm dành cho bệnh nhân sau khi cấy ghép hệ thống kích thích dây thần kinh phế vị	Nam châm dành cho bệnh nhân sau khi cấy ghép hệ thống kích thích dây thần kinh phế vị dùng để bổ sung xung kích thích. Bao gồm: + Nam châm: 02 Cái + Dây đeo cổ tay: 01 Cái + Kẹp thắt lưng: 01 Cái - Tương thích với "Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị" tại danh mục mời thầu	Bộ	2

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
5	Bộ phụ kiện dùng cho máy chính kích thích dây thần kinh phế vị	Bộ phụ kiện dùng cho máy chính kích thích dây thần kinh phế vị được sử dụng để kiểm tra máy kích thích và bộ điện cực trong quá trình phẫu thuật cấy ghép. Bao gồm: + Tuốc nơ vít lục giác: 01 Cái + Điện trở kiểm tra: 01 Cái + Kẹp cố định: 04 Cái - Tương thích với "Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị" tại danh mục mời thầu	Bộ	2
6	Van tim động mạch chủ sinh học thay qua da, khung van: cobalt- chromium, lá van làm bằng mô của màng ngoài tim bò	Van tim động mạch chủ sinh học thay qua da - Khung van: cobalt-chromium, lá van làm bằng mô của màng ngoài tim bò và lớp áo bên ngoài chất liệu polyethylene terephthalate (PET) - Đường kính có tối thiểu các cỡ 20, 23, 26, 29mm - Chiều cao van có tối thiểu các cỡ 15.5, 18, 20, 22.5mm - Thể tích bóng nong: 11, 17, 23, 33ml Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu)	Cái	12

CÔNG TY.....
MÃ SỐ THUÊ:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Theo Công văn mời chào giá số/BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ		THÔNG TIN NHÀ THẦU CHÀO GIÁ													Ghi chú
	STT trong danh mục mời chào giá	Tên danh mục mời chào giá	Tên thương mại	Chủng loại/ Mã hàng	Đặc tính kỹ thuật	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng chủ sở hữu	Nước chủ sở hữu	Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng có khả năng cung ứng	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	
1																Hợp đồng trúng thầu số... ngày... tại Bệnh viện..., giá trúng thầu: ..., Hợp đồng trúng thầu đáp ứng số lượng (nếu có)

- Báo giá này có hiệu lựctháng kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác của Công ty (nếu có):

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

