

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp máy đo độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) cầm tay, máy phun khí dung và máy đo huyết áp điện tử năm 2025.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ, ngày 18./8./2025.
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP.HCM

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (2)

TUỶ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số/BVĐHYD-VTTB ngày/...../2025)

STT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu (SpO ₂) cầm tay	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu. 2. Yêu cầu về cấu hình Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) cầm tay và bộ phụ kiện tiêu chuẩn cho 01 máy bao gồm: - Máy chính, có màn hình LCD ≥ 2 inch; - Cảm biến đo SpO₂: 01 cái; - Pin: 01 bộ. 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu - Sử dụng cho người lớn, nhi và sơ sinh. - Thông số nồng độ bão hòa oxy trong máu: + Dải đo: $\leq 1\% - 100\%$. + Độ chính xác: $\leq \pm 2\%$ (70 – 100%). - Thông số nhịp mạch: + Dải đo: $\leq 30 - \geq 240$ lần/phút. + Độ chính xác: $\leq \pm 3$ lần/phút. - Chỉ số tưới máu: $\leq 0.1\% - 20\%$. - Có chức năng báo động, cài đặt ngưỡng báo động. - Pin sử dụng được ≥ 24 giờ. - Lưu trữ dữ liệu ≥ 72 giờ.	Cái	43
2	Máy phun khí dung	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu. 2. Yêu cầu về cấu hình Máy phun khí dung và bộ phụ kiện tiêu chuẩn cho 01 máy bao gồm: - Máy chính. - Phụ kiện kèm theo: + Bầu phun khí dung kích thước hạt $\geq 3 \mu\text{m}$: 01 cái. + Ống ngậm có van thở ra: 01 cái. + Dây nối: 01 cái. + Dây nguồn: 01 cái. 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu - Dung tích bầu phun khí dung của máy phun khí dung: ≤ 2 ml đến ≥ 8 ml. - Áp lực khí tối đa của máy phun khí dung ≥ 1.6 bar. - Lưu lượng khí tối đa của máy phun khí dung ≥ 5 lít/phút. - Độ ồn tối đa của máy phun khí dung ≤ 60 db (A).	Cái	49

STT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Bầu phun của máy phun khí dung sử dụng nhiều lần. - Bầu phun của máy phun khí dung có van kiểm soát nhịp thở ra.		
3	Máy đo huyết áp điện tử	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu. - Có kiểm định và được dán tem kiểm định theo quy định. 2. Yêu cầu về cấu hình Máy đo huyết áp điện tử và bộ phụ kiện tiêu chuẩn cho 01 máy bao gồm: - Máy chính. - Phụ kiện kèm theo: + Bao đo huyết áp: 01 cái. + Adapter nguồn DC: 01 cái. + Pin sạc: 01 bộ. 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu - Màn hình hiển thị: LCD/LED - Hiển thị được ≥ 3 thông số: Tâm thu SYS, tâm trương DIA và nhịp mạnh PUL. - Công nghệ đo sóng xung tự động hoặc phương pháp đo dao động. - Phạm vi đo: + Huyết áp tâm thu: mức thấp ≤ 60 mmHg, mức cao ≥ 250 mmHg. + Huyết áp tâm trương: mức thấp ≤ 30 mmHg, mức cao ≥ 200 mmHg. + Nhịp mạch: mức thấp ≤ 40 lần/phút, mức cao ≥ 180 lần/phút. - Độ chính xác: huyết áp ± 3 mmHg, nhịp mạch: $\pm 5\%$. - Pin sử dụng ≥ 24 giờ.	Cái	102

Ghi chú:

- *Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung cấp chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung cấp có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.*
- *Nhà thầu có thể chào 01 hoặc nhiều danh mục*

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Mã HS	Chủng loại	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng (có khả năng cung ứng)	Đơn giá	Quyết định/hợp đồng trúng thầu tại các cơ sở y tế khác			Ghi chú
													Số QĐ	Ngày ban hành	Đơn giá	

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 210 ngày kể từ ngày báo giá.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành hàng hóa.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

