

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp linh kiện, vật tư theo máy, công cụ dụng cụ lần 1 năm 2026.

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ, ngày 09/02/2026.

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J23-051-tcthuyen).

**TUỶ GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**



Nguyễn Hữu Thịnh




PHỤ LỤC. DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 569.../BVĐHYD-VTTB ngày 30.../01./2026)

STT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
I	Phần 1: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY SIÊU ÂM HÃNG GE			
1.1	Đầu dò siêu âm Convex đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng GE, model: Logiq P7	Đầu dò siêu âm Convex đa tần số: - Băng tần đầu dò: 1 đến 5 MHz - Số chấn tử: 128 - Bán kính convex: 60 mmR - Trường nhìn cực đại: 58 độ - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 60.8 x 13 mm. - Tần số mode B: 2; 3; 4 MHz - Tần số Harmonic: 3; 4; 5 MHz - Tần số Doppler: 1.8; 2.1; 2.5; 3.6 MHz - Ứng dụng: Bụng, Mạch máu, Sản/Phụ khoa, niệu khoa - Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq P7 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	9
1.2	Đầu dò siêu âm Linear đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq P7	Đầu dò siêu âm Linear đa tần số: - Băng tần đầu dò: 5 đến 11MHz - Số chấn tử: 128 - Trường nhìn cực đại: 38.4 mm - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 38.4 x 4 mm. - Tần số mode B: 7; 9; 11 MHz - Tần số Harmonic: 9; 11; 12 MHz - Tần số Doppler: 4.2; 5; 6.3; 8.3 MHz - Ứng dụng: Mạch máu, Nhi khoa, Sơ sinh, Cơ xương khớp - Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq P7 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	9
II	Phần 2: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY SIÊU ÂM HÃNG FUJIFILM			
2.1.	Đầu dò tim 2D qua ngã thực quản dùng cho máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE	Đầu dò tim 2D qua ngã thực quản: - Khoảng tần số tạo hình: 2-9 MHz - Tần số trung tâm: 5 MHz - Góc quét: 90 độ - Số lượng chấn tử: 64 - Tương thích với máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	2

STT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
2.2.	Đầu dò tim	Đầu dò tim: - Khoảng tần số tạo hình: 1-5 MHz - Tần số trung tâm: 2.5 MHz - Góc quét: 90 độ - Số lượng chấn tử: 64 - Tương thích với máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	2
2.3.	Cáp điện tim dùng cho máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE	Cáp điện tim: - Tương thích với máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	3
III	Phần 3: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY SIÊU ÂM HÃNG SAMSUNG			
3.1	Đầu dò siêu âm Endocavity 2D đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40	Đầu dò siêu âm Endocavity 2D đa tần số: - Dải tần số: 4-9 MHz - Bán kính cong: 10.073mm - Trường nhìn: 148.092° - Số chấn tử: 128 - Hướng dẫn sinh thiết: có - Ứng dụng: Sản khoa, Phụ khoa, Niệu khoa - Mức an toàn: BF - Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	5
3.2	Đầu dò siêu âm Convex 2D đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40	Đầu dò siêu âm Convex 2D đa tần số: - Dải tần số: 2-8 MHz - Bán kính cong: 60.365 mm - Trường nhìn: 58° - Số chấn tử: 192 - Hướng dẫn sinh thiết: có - Ứng dụng: Ổ bụng, Sản khoa, phụ khoa - Mức an toàn: BF - Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	14

STT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
3.3	Đầu dò siêu âm Linear 2D đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40	Đầu dò siêu âm Linear 2D đa tần số: - Dải tần số: 3-16 MHz - Bán kính cong: đầu dò phẳng - Trường nhìn: 38.4 mm - Số chân tử: 192 - Hướng dẫn sinh thiết: có - Ứng dụng: Ổ bụng, cơ xương khớp, bộ phận nhỏ, mạch máu, Sản phụ khoa, Nhi - Mức an toàn: BF - Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	14
3.4	Màn hình chính sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40	Màn hình chính: - Độ phân giải: 1920 x 1080 - Kích thước: 21.5 inch - Loại màn hình: Led - Số lượng màu: $\geq 16,7$ triệu - Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	10
IV	PHẦN 4: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY MONITOR THEO DÕI SẢN KHOA HÃNG PHILIPS			
4.1	Đầu dò cơn gò dùng cho máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20	Đầu dò cơn gò: - Chịu được độ cao rơi $\geq 1\text{m}$ - Chịu được độ sâu $\geq 1\text{m}$ trong 5h - Đường kính: 76mm, ($\pm 5\%$) - Chiều dài cáp: 250cm, ($\pm 5\%$) - Phương thức đo: Cảm biến áp lực - Độ nhạy: 1 đơn vị = 2.5g - Độ phân giải: 1 đơn vị - Dải đo: 400 đơn vị - Dải tín hiệu: 0-127 đơn vị - Cài đặt Baseline tại: 20 đơn vị - Bù trừ tự động: 3 giây sau khi kết nối đầu dò sẽ thiết lập giá trị 20 đơn vị - Nhịp đo từ đầu dò: 40-240 nhịp/ phút với độ phân dải 1, độ chính xác $\pm 2\%$ hoặc 1 nhịp. - Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu	Cái	20



STT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
4.2	Đầu dò tim thai dùng cho máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20	Đầu dò tim thai : - Chịu được độ cao rơi $\geq 1\text{m}$ - Chịu được độ sâu $\geq 1\text{m}$ trong 5h - Đường kính: 76mm, ($\pm 5\%$) - Chiều dài cáp: 250cm, ($\pm 5\%$) - Phương thức đo: Siêu âm doppler - Dải đo: 50-240 Nhịp/phút - Độ phân giải: 1 nhịp/phút - Công suất ra trung bình: $(7.4 \pm 0.4) \text{ mW}$ - Tần số siêu âm: $1 \text{ MHz} \pm 100 \text{ Hz}$ - Dải tín hiệu siêu âm: $3.5 \mu\text{Vpp} - 350 \mu\text{Vpp}$ tại 200 Hz - Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu	Cái	20
V	PHẦN 5: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY MONITOR THEO DÕI SẢN KHOA HÃNG HUNTLEIGH			
5.1	Đầu dò cơn gò dùng cho máy monitor sản khoa hãng Huntleigh, model: Team 3A B và Team 3A NSB	Đầu dò cơn gò: - Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Huntleigh, model: Team 3A B và Team 3A NSB đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	12
5.2	Đầu dò tim thai dùng cho máy monitor sản khoa hãng Huntleigh, model: Team 3A B và Team 3A NSB	Đầu dò cơn gò: - Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Huntleigh, model: Team 3A B và Team 3A NSB đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	12
VI	PHẦN 6: LINH KIỆN THEO MÁY SỬ DỤNG CHO HỆ THỐNG CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0T, HÃNG: SIEMENS, MODEL: VERIO			
6.1	Máy nén F70	Máy nén F70: - Tương thích với hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T, hãng: Siemens, model: Verio, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	01
VII	PHẦN 7: DỊCH VỤ SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0T, HÃNG: SIEMENS, MODEL: VERIO			

STT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
7.1	Dịch vụ sửa chữa hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T, hãng: Siemens, model: Verio	Dịch vụ sửa chữa hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T, bao gồm: - Thay mới cuộn phát tín hiệu sóng RF và cáp tín hiệu; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu; - Yêu cầu: + Quy trình thực hiện thay thế linh kiện phải tuân thủ tiêu chuẩn và hướng dẫn của hãng Siemens; + Nhân sự thực hiện phải có chứng chỉ đào tạo thực hiện dịch vụ bảo trì/sửa chữa từ hãng Siemens đối với hệ thống chụp cộng hưởng từ.	Gói	01
VIII	PHẦN 8: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY LASER SÓNG KÉP HÃNG FOTONA			
8.1	Thấu kính 4mm của tay cầm R33T	Thấu kính 4mm của tay cầm R33T: - Tương thích với máy laser sóng kép, hãng: Fotona, model: SP Dynamis, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	01
8.2	Cáp quang dẫn tia laser	Cáp quang dẫn tia laser: - Tương thích với máy laser sóng kép, hãng: Fotona, model: SP Dynamis, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	01
IX	PHẦN 9: LINH KIỆN THEO MÁY CHO BÀN MỎ HÃNG MAQUET			
9.1	Tay điều khiển có dây sử dụng cho bàn mổ hãng: Maquet, model: Alpha Classic Pro	Tay điều khiển có dây: - Tương thích với bàn mổ, hãng Maquet, model: Alpha Classic Pro, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.	Cái	01
X	PHẦN 10: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY TRAO ĐỔI OXY MÀNG NGOÀI CƠ THỂ (ECMO) HÃNG MAQUET			
10.1	Pin cho máy trao đổi oxy màng ngoài cơ thể (ECMO), hãng: Maquet, model: Rotaflow	Pin: - Loại pin: Ni-Cd; - Nguồn: 24 VDC; - Dung lượng: ≥ 5000 mAh; - Tương thích với máy trao đổi oxy màng ngoài cơ thể (ECMO), hãng: Maquet, model: Rotaflow, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu	Cái	03

STT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
XI	PHẦN 11: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY GIÚP THỞ HÃNG COVIDIEN			
11.1	Pin cho máy giúp thở, hãng: Covidien, model: Puritan Bennett 980	Pin: - Loại pin: Lithium-ion; - Nguồn: 25,9 VDC; - Dung lượng: ≥ 4300 mAh; - Tương thích với máy giúp thở, hãng: Covidien, model: Puritan Bennett 980, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu	Cái	05

Ghi chú:

- Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung cấp chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung cấp có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.
- Nhà thầu có thể chào 01 hoặc nhiều danh mục.