

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp giường hồi sức điều khiển điện năm 2026.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 09/02/2026
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Phạm Cao Lâm

Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K22-281-pclam) (01).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ

Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số/BVĐHYD-VTTB ngày/...../2026)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Giường hồi sức điều khiển điện	1. Yêu cầu chung – Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. – Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu. 2. Yêu cầu về cấu hình cung cấp tối thiểu – Khung giường: 01 cái – Bảng điều khiển tích hợp trên thanh chắn giường: 02 cái – Bộ điều khiển cầm tay: 01 cái – Tấm chắn phần đầu và chân: 02 cái – Thanh chắn giường: 01 bộ – Nệm: 01 cái – Cọc treo dịch truyền: 01 cái – Pin dự phòng: 01 cái – Dây nguồn: 01 cái – Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu – Thiết kế của khung giường hỗ trợ chức năng chụp X-quang tại phần lưng – Kích thước tổng thể của giường: + Chiều rộng trong khoảng từ ≥ 900 mm đến ≤ 1000 mm + Chiều dài trong khoảng từ ≥ 2100 mm đến ≤ 2300 mm – Các chức năng nâng/hạ chiều cao, nâng/hạ phần đỡ lưng, nâng/hạ phần đỡ chân, trendelenburg/anti trendelenburg điều khiển bằng động cơ điện – Bảng điều khiển tích hợp trên thanh chắn giường có thể điều khiển trên mặt trong và mặt ngoài của thanh chắn. – Chiều cao thấp nhất của giường ≤ 410 mm – Chiều cao cao nhất của giường ≥ 700 mm – Đường kính của bánh xe di chuyển: ≥ 125 mm – Góc nâng phần đỡ lưng $\geq 65^\circ$ – Góc nâng phần đỡ chân $\geq 20^\circ$ – Góc trendelenburg/anti trendelenburg $\pm \geq 12^\circ$	Cái	80

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Tải trọng cho phép ≥ 210 kg - Thanh chắn giường được chia làm 04 đoạn, có thể gấp lại từng đoạn riêng biệt - Thước đo góc nâng lưng tích hợp trên thanh chắn - Chức năng CPR điều khiển bằng điện trên bảng điều khiển/bộ điều khiển cầm tay và lấy hai bên giường - Bánh xe di chuyển được cố định bằng khóa trung tâm, điều khiển bằng thao tác đạp chân - Vị trí gắn cọc treo dịch truyền: ≥ 04 vị trí - Vị trí treo túi nước tiểu: ≥ 04 vị trí		
2	Giường hồi sức điều khiển điện tích hợp cân bệnh nhân	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu. 2. Yêu cầu về cấu hình cung cấp tối thiểu - Khung giường: 01 cái - Bảng điều khiển tích hợp trên thanh chắn giường: 02 cái - Bộ điều khiển cầm tay: 01 cái - Bộ cân bệnh nhân: 01 bộ - Tấm chắn phần đầu và chân: 02 cái - Thanh chắn giường: 01 bộ - Nệm: 01 cái - Cọc treo dịch truyền: 01 cái - Pin dự phòng: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu - Thiết kế của khung giường hỗ trợ chức năng chụp X-quang tại phần lưng - Kích thước tổng thể của giường: - Chiều rộng trong khoảng từ ≥ 900 mm đến ≤ 1000 mm - Chiều dài trong khoảng từ ≥ 2100 mm đến ≤ 2300 mm	Cái	08

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		– Các chức năng nâng/hạ chiều cao, nâng/hạ phần đỡ lưng, nâng/hạ phần đỡ chân, trendelenburg/anti trendelenburg điều khiển bằng động cơ điện – Bảng điều khiển tích hợp trên thanh chắn giường có thể điều khiển trên mặt trong và mặt ngoài của thanh chắn. – Chiều cao thấp nhất của giường ≤ 410 mm – Chiều cao cao nhất của giường ≥ 700 mm – Đường kính của bánh xe di chuyển: ≥ 125 mm – Góc nâng phần đỡ lưng $\geq 65^\circ$ – Góc nâng phần đỡ chân $\geq 20^\circ$ – Góc trendelenburg/anti trendelenburg $\pm \geq 12^\circ$ – Tải trọng cho phép ≥ 210 kg – Thanh chắn giường được chia làm 04 đoạn, có thể gấp lại từng đoạn riêng biệt – Thước đo góc nâng lưng tích hợp trên thanh chắn – Chức năng CPR điều khiển bằng điện trên bảng điều khiển/bộ điều khiển cầm tay và lấy hai bên giường – Bánh xe di chuyển được cố định bằng khóa trung tâm, điều khiển bằng thao tác đạp chân – Vị trí gắn cọc treo dịch truyền: ≥ 04 vị trí – Vị trí treo túi nước tiểu: ≥ 04 vị trí – Bộ cân bệnh nhân có khả năng cân trọng lượng tối thiểu 10 kg		

Ghi chú: Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung cấp chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung cấp có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Mã hàng hóa (Model)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
												Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
1	1	Giường hồi sức điều khiển điện			Đính kèm phụ lục			Cái	80							
2	2	Giường hồi sức điều khiển điện tích hợp cân bệnh nhân						Cái	08							

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:



- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);
- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thời hạn bảo hành (nếu có):tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày.../.../20... (tối thiểu 06 tháng);
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.

[illegible]